

## BESTELLFORMULAR ZUR REGENERATION VON IONENAUSTAUSCHERN

**Achtung: Neue Preise ab dem 01.10.2022**

**SICHER • PÜNKTLICH • SCHNELL**

### Regeneration von Entsalzungspatronen

Zur durchgängigen Qualitätssicherung benötigen Ihre Geräte eine konstant hohe Wasserqualität, die über Wasservollentsalzungspatronen bzw. Teilentsalzungspatronen bereitgestellt wird. Mit zunehmender Verwendung erschöpfen die Patronen und bedürfen einer professionellen Aufbereitung.

**Mit dem neuen Konzept zur Regeneration von Entsalzungspatronen verbessern Sie die Qualität Ihres Wassers und sparen Zeit, Geld und Aufwand.**



Unser Servicepartner bereitet Ihre Entsalzungspatronen in einer der modernsten Regenerationsanlagen in Deutschland auf. Jede Charge wird im hauseigenen Labor untersucht, auf Leitfähigkeit, Kapazität und TOC-Wert überprüft.

Die Abholung – aller unten aufgeführter Patronentypen – erfolgt innerhalb von kurzer Zeit durch den Mitarbeiter unseres Servicepartners oder einen Logistikpartner.

### PREISLISTE IONENAUSTAUSCHER REGENERATION

**Art. Nr. 98012**

**Regeneration – 5 Liter Volumen netto 55,00 €**

**Art. Nr. 98150**

**Regeneration – 12 Liter Volumen netto 110,00 €**

**Art. Nr. 98101**

**Regeneration – 15 Liter Volumen netto 135,00 €**

**Art. Nr. 98102**

**Regeneration – 20 Liter Volumen netto 145,00 €**

**Art. Nr. 98151**

**Regeneration – 26 Liter Volumen netto 170,00 €**

**Art. Nr. 98107**

**Regeneration – 30 Liter Volumen netto 180,00 €**

**Art. Nr. 98103**

**Regeneration 2er Set (Preis für Set) netto 49,00 €**

Die Preise verstehen sich für 1 Stück ohne Installation. Preisstand Oktober 2022; zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten, Angebot freibleibend.

**Unabhängig von den Preisen auf dem Bestellformular, kann es durch die angespannte Rohstoffsituation, zu kurzfristigen Preisanpassungen kommen.**

Die Regenerationen erfolgen per Abholung in der Praxis bei den großen Patronen (15 u. 20 Liter), wenn die Praxen im erreichbaren Umfeld der Niederlassungen liegen, ansonsten per Versand. Die Regenerationen der kleinen Patronen erfolgt per Versand.

**Erfolg verbindet.**

FAXANTWORT AN: 06103 - 757 78 87

FREETEL: 0800 - 140 00 44 • regeneration@henryschein.de

## BESTELLFORMULAR ZUR REGENERATION VON IONENAUSTAUSCHERN

Um die Abwicklung der Regeneration Ihrer Mischbettharzpatrone zu vereinfachen, bitten wir Sie, dieses Formular auszufüllen. Das ausgefüllte Formular legen Sie bitte in Kopie nach Bestellung der einzusendenden Patrone bei.

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass seine Daten an den Service Partner der Firma Henry Schein, die Firma EnviroFalk GmbH, als ausführende Firma weitergegeben werden.

Praxis

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Land

Telefon für Rückfragen

Meine Henry Schein Niederlassung

Ansprechpartner vor Ort

Datum/Unterschrift

**von hier abholen**

**Ersatzpatronen können wegen der angespannten Rohstoffsituation nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Wir empfehlen deshalb dringend eine Ersatzpatrone anzuschaffen, um Ausfälle in der Praxis zu vermeiden. Zum Beispiel unsere 20 Liter Patrone Art. Nr. 876149 für 740,00€.**

<b>Art. Nr. 98012</b> Regeneration – 5 Liter Volumen	Anzahl:	
<b>Art. Nr. 98150</b> Regeneration – 12 Liter Volumen	Anzahl:	
<b>Art. Nr. 98101</b> Regeneration – 15 Liter Volumen	Anzahl:	
<b>Art. Nr. 98102</b> Regeneration – 20 Liter Volumen	Anzahl:	
<b>Art. Nr. 98151</b> Regeneration – 26 Liter Volumen	Anzahl:	
<b>Art. Nr. 98107</b> Regeneration – 30 Liter Volumen	Anzahl:	
<b>Art. Nr. 98103</b> Regeneration 2er Set	Anzahl:	
Ab wann ist die Patrone abholbereit?	Datum:	
Abholung möglich:	Mo von      bis	Di von      bis
	Mi von      bis	Do von      bis
	Fr von      bis	
Ist die Praxis in den nächsten zwei Wochen geschlossen?	Falls ja (von/bis)	
Anschließen und Abklemmen der Ionenaustauscher durch den Service-partner? ( <b>Art. Nr. 98104</b> / Zusatzkosten von € 35,-)	ja	nein

Bitte beachten Sie die Hinweise für den sicheren Versand in der Bedienungsanweisung Ihrer Wasser-Aufbereitungs-Anlage.  
**Zum Transport von Mischbettharzpatronen sind folgende Maßnahmen zu treffen:**

- Nach dem Druckablass die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone abschrauben.
- Die Patrone entleeren. Dazu die Patrone auf den Kopf stellen und warten, bis kein Wasser mehr ausläuft.
- Anschließend die Patrone mit den vorhandenen Kappen fest verschließen und falls möglich in die Transportverpackung einpacken.

Die Mischbettharzpatrone muss verpackt sein, wenn Sie mit einem Paketdienst verschickt wird. Für den Service mit einem Regenerationsmobil ist eine Verpackung nicht zwingend notwendig. Sofern keine Verpackung vor Ort vorhanden ist, schicken wir Ihnen eine Verpackung zu.

Datenverwendung zur Auftragsabwicklung: Die Henry Schein Dental Deutschland GmbH (und der Service Partner EnviroFalk GmbH) verwendet Ihre oben angegebenen Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung bzw. für die Organisation eines Besuchstermins, soweit dies von Ihnen oben angekreuzt wurde. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf [www.henryscheindental.de](http://www.henryscheindental.de). Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter [werbewidersprueche@henryschein.de](mailto:werbewidersprueche@henryschein.de) widersprechen.

**Erfolg verbindet.**